

# รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

## อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
65015	C	17/10/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	ช่างได้รับแจ้งจากหน่วยงานโอบีสภาวะและอ่างล้างหน้าใช้งานไม่ได้ ช่างได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าประตูน้ำฝักบัวถูกมัดเอาหัววาล์วออก ช่างทำการเปลี่ยนหมให้แล้วกลับพบเหตุการณ์เดิมที่หัววาล์วถูกมัดออกช่างจึงดำเนินการเปลี่ยนเป็นก๊อกน้ำให้ หลังจากตรวจสอบ ในวันที่ 17/10/2567 มีผ้าคลุมปิดไม่ให้ใช้งาน (ตรวจเช็คแล้วใช้งานตามได้ปกติ)
64987	1	16/10/2567	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	น้ำล้นประปาหลัง

## อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
65166	2	28/10/2567	ICU BURN	วันที่ 18/10/67 พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ได้ยืมเครื่องช่วยหายใจ draeger จากศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยเป็นเครื่องที่จัดอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน แต่เมื่อมาถึงหอผู้ป่วยเปิดใช้งานพบว่าไม่มีแบตเตอรี่ ทำให้ทางหอผู้ป่วยต้องทำการชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่ ทำให้เกิดการล่าช้าในการนำส่งผู้ป่วยไป CT
65167	C	28/10/2567	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	- ระบบน้ำปะปาตึกพยาธิฯ มีปัญหาน้ำไม่ไหลบ่อยครั้ง ตั้งแต่มีการปรับปรุงอาคารและมีการเคลื่อนย้ายแทงค์น้ำ - ต้องประสานงานหลายรอบเนื่องจากกระบวนการทำงานจำเป็นต้องใช้น้ำ
65104	2	24/10/2567	ICU อายุรกรรม 1	พยาบาลเตรียมอุปกรณ์ก่อน off ETT เตรียม HFNC กำลังต่อ set หม้อน้ำกับ SWI น้ำรั่วออกจากหม้อน้ำ
65099	C	23/10/2567		ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 มีการก่อสร้างโซนใหม่ มีกลิ่นสีซึ่งเป็นสารเคมีไม่พึงประสงค์และเสียงดัง ก่อผลกระทบต่อสุขภาพบุคคลากรที่ทำงานในวอร์ด : ทำให้มีน้ตื้นระเหยเป็นอย่งมาก
65240	2	19/10/2567	กุมารเวชกรรม 1	ยอดผู้ป่วย 39 คน ผู้ป่วย CI case 21 คน ที่มีความจำเป็นต้อง monitor O2 sat แต่ทั้งหน่วยงานมีใช้ 11 เครื่อง ประสานขอยืมเพิ่มจากศูนย์เครื่องมือแพทย์ แจ้งว่า ไม่มี
65018	2	17/10/2567	ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา	เมื่อวันที่ 19/8/2567 แจ้งความประสงค์ขอย้ายเครื่องกรองน้ำ ยังไม่ได้รับการย้าย
64979	2	15/10/2567	ICU อายุรกรรม 3	ผู้ป่วย On ETT plan OR for EGD ต้องใช้ Drager ในการ Transfer ได้ยืมอุปกรณ์จากศูนย์เครื่องมือแพทย์ ก่อนไป test เครื่อง ตรวจพบล้นขาด (ก่อนหน้านี้พบหลายครั้ง)
65207	2	9/10/2567	กุมารเวชกรรม 1	ผู้ป่วย Dx. CHD on ETT tube ต่อ ventilator เครื่อง alarm เนื่องจาก set ที่มีสายไฟ จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ไม่มีสายไฟให้(ไม่มีอุปกรณ์) ให้ไปขอยืมที่ NICU เพื่อมาเปลี่ยนแทน
65205	2	9/10/2567	กุมารเวชกรรม 1	ผู้ป่วย Dx. CHD on ETT tube ต่อ ventilator เครื่อง alarm เนื่องจาก set ที่มีสายไฟ จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ไม่มีสายไฟให้(ไม่มีอุปกรณ์) ให้ไปขอยืมที่ NICU เพื่อมาเปลี่ยนแทน