

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เดือน มกราคม ๒๕๖๘

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานเป็นผู้แจ้ง

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
67064	2	29/1/2568		ช่างได้รับแจ้งว่าชักรอกครกคาน้ำไม่ลงช่างดำเนินการเข้าตรวจเช็คและได้ทำการถอดชักรอกพบว่ามีฝาเกลลอนติดอยู่ในคอห่านชักรอกช่างดำเนินการแก้ไขเอาฝาพลาสติกติดออกให้เสร็จแล้ว
67026	C	27/1/2568	งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	รปภ.ที่ป้อมยามอาคารศูนย์แพทย์แจ้งว่า หม้อแปลงไฟฟ้ามีเสียงดังเหมือนไฟช๊อตเป็นระยะๆ ตั้งแต่ช่วงเวรตึก

อุบัติการณ์ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งความเสี่ยงมายังหน่วยงาน

เลขที่	ระดับความรุนแรง	วันที่รายงาน	หน่วยงาน	รายละเอียดเหตุการณ์
67116	2	31/1/2568	กุมารเวชกรรม 3	หลอดไฟล๊อคผู้ป่วยเตียง 29 หลุดออกจากแผงแดคบนพื้น
67123	C	31/1/2568	ไอซียูทารกแรกเกิด 2 (NICU 2)	30/1/68 ทางหอผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากเสียงก่อสร้างและรีโนเวทหอผู้ป่วยสูติกรรม
67146	2	31/1/2568	ไอซียูทารกแรกเกิด 2 (NICU 2)	31/1/68 เวลาประมาณ 15.00 น. พบว่ามีเศษพลาสติกที่ฝาครอบหลอดไฟ รั่ว แตกตกลงพื้น พบรอยร้าวบริเวณฝ้าเพดาน โทรประสางานช่างมาดู ไม่ทราบว่าจะเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการก่อสร้างรีโนเวทภายในตึกหรือไม่
67100	2	30/1/2568	ไอซียูทารกแรกเกิด 2 (NICU 2)	30/1/68 เวลา 15.30 น. แอร์มีน้ำหยด เมื่อปิดมีน้ำไหลเป็นสายลงมา จึงแจ้งช่างให้มาซ่อม
67075	2	29/1/2568	หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	ผู้ใช้บริการห้องนำชายชั้น 2 ไม่ทราบว่าจะสายดึงแจ้งเตือน emergency ช่างกำแพงห้องนำคือสายอะไร จึงดึงโดยที่ไม่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่จาก ICU CVT จำเป็นที่จะต้องรีบไปที่เหตุการณ์โดยที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
67079	2	29/1/2568	ออร์โธปีดิกส์ 2	มีผู้ป่วยเด็กจำนวน 2 ราย ใน 1 รายต้องให้ IV Fluid+KCL drip ก่อนเข้าห้องผ่าตัดและต้องการใช้ Infusion pump แต่ไม่สามารถหาเครื่อง infusion pump ได้ครบ 2 เครื่อง
67033	2	28/1/2568	ICU อายุรกรรม 3	27/1/2568 21.30 รับย้ายผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ หายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งแพทย์ได้เพิ่มยาสedation ให้ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยพักได้ ซึ่งยามมีความจำเป็นในการใช้ เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) ในการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งทางหอผู้ป่วยมีเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำไม่เพียงพอที่จะให้ยาสedation เบื้องต้นได้ประสาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อขอใช้เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ได้รับแจ้งว่าเครื่องให้สารน้ำหมด ทำให้ไม่มีเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง
67032	2	28/1/2568		หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1และ 2 ประสานยืมventilator C-1จาก ICU CVT 2 เครื่อง โดยแจ้งว่า ศูนย์เครื่องมือแพทย์ไม่มีเครื่องสำรองเพื่อแลกเปลี่ยนกับเครื่องที่ICU ได้ และจำเป็นที่ต้องการใช้ventilator จึงขอยืมไปก่อน ทำให้ICU มีเครื่องventilator เพียงพอสำหรับเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยวิกฤต
67022	3	27/1/2568	ศูนย์โรคหัวใจ เบอร์ 27	เวรตึกมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่ห้องฉุกเฉินจำนวน 3 เคส ไป admit อยุ.1 อยุ.2 trauma แต่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจ โทรไปหาช่างที่อยู่เวรแจ้งว่าเครื่องช่วยหายใจหมด เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจึงโทรประสาน sup ให้ช่วยหาเครื่องช่วยหายใจตามหอผู้ป่วยต่างๆ ช่วย 01-03 น. และต้องไปเคลื่อนย้ายเครื่องช่วยหายใจจาก ICU มาใช้แทน ผู้ป่วยเหลือคนไข้ได้ไปเอา set สายเครื่องช่วยหายใจที่ศูนย์สำรอง พบเครื่องช่วยหายใจอยู่ในศูนย์ไม่ได้ใช้งาน 2 เครื่อง และไม่พบช่างประจำเวร จึงไม่แน่ใจว่าช่างได้ตรวจสอบจริงหรือไม่ว่ามีเครื่องช่วยหายใจไหม
66798	1	15/1/2568	ศูนย์เปล	อ่างล้างมือ ล้างจานในศูนย์เปลนำหยดตลอด แจ้งช่างแล้ว เปลี่ยนสาย แต่ยังมีน้ำหยดตลอด และขอเปลี่ยนอ่างน้ำมา 2 เดือนยังไม่ได้รับการแก้ไข บางวันน้ำเจ็กลง เสี่ยงต่อการลื่นล้ม
66779	2	14/1/2568	PCT สติ-นรีเวชกรรม	คนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารสูติกรรม 1 ชั้น 3 อาคารสูติกรรม ได้ทำการทุบตึกและเก็บกวาดเศษซากปูนจากการทุบทำลายโครงสร้างตึก ทำให้เศษชิ้นส่วนของปูนตกใส่หลังคาบริเวณทางเชื่อมอาคารชั้น 1 ด้านข้างของLR จิตเวชและคลินิกนมแม่ ส่งผลให้เกิดเสียงดังและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหลังคา และความปลอดภัยของบุคลากรได้
66762	3	13/1/2568	ศัลยกรรมชาย 2	เวลา 03.30น.มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ห้องผ่าตัดแจ้งว่า Post op จะคาเครื่องช่วยหายใจกลับลอร์ด ทางวอร์ดจึงได้ไปเอาเครื่องช่วยหายใจที่ห้องไตดิน แต่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจให้ยืม จึงได้โทรประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ว่าลงไปเอาเครื่องช่วยหายใจแล้วไม่มีเครื่อง ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแจ้งว่า drager หมดรพ. หมดตั้งแต่เวรบายแล้ว ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ยืมจากตึกอื่นๆเอง (ในระบบยืม คืนเครื่องมือใน EMR มีพร้อมใช้งาน 20เครื่อง)ทางวอร์ดจึงได้โทรประสานหา sup ให้ช่วยหา drager ทาง supได้ช่วยหาและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือ ทางศูนย์เครื่องมือแจ้งว่ามีแต่เครื่องของ Hamiton จำนวน 3 เครื่อง ให้เอาเครื่องนี้ไปใช้ก่อน เนื่องจาก drager หมดรพ.แล้วจริงๆ เมื่อ supเดินราวน์แจ้งว่ายอดของเครื่องที่ช่วยหายใจที่พร้อมใช้งานอัปเดตล่าสุดตั้งแต่เวรบายแล้ว
66556	2	3/1/2568	ICU Trauma	เมื่อเวรบายวันที่ 30/12/2567 ได้นำ Set bennett 840 เข้ากับเครื่อง Ventilator เพื่อจะรับคนไข้ใหม่ พบว่า Filter สีฟ้ามีคราบสิ่งสกปรกติด